ANWENDUNG & ANPASSUNGSANLEITUNG

Familie von Heelift® Verbandsschuhe

Empfohlene Messgrößen zur Anpassung an individuelle Patienten:

	Körpergewicht	Wadenumfang	Größe
Standard	120 - 250 lbs 54 - 113 kg	8 - 14 in 20 - 36 cm	60 - 77 in 152 - 196 cm
Bariatric	220 - 600 lbs 100 - 271 kg	12 - 23 in 30 - 58 cm	65 - 80 in 165 - 203 cm
Petite	70 - 130 lbs 32 - 50 kg	6 - 10 in 15 - 25 cm	46 - 64 in 117 - 163 cm

Hergestellt aus Latex-freiem Polyurethanschaum.
Wir empfehlen die Verwendung für individuelle Patienten.

Anwendungen für den Heelift® Verbandsschuh

1. SCHRITT: Öffnen den Heelift-Schuh und legen Sie die zusätzliche Pelotte zur Seite. **HALTEN SIE DIE PELOTTE BEREIT,** sie könnte später bei der individuellen Anpassung des Schuhs nützlich sein.

2. SCHRITT: Legen Sie Ihren Fuß in den Schuh, wobei die Ferse sich über der Öffnung zum Freilagern der Ferse befinden sollte. Die Ferse sollte über die untere Pelotte hinausragen.

3. SCHRITT: Ziehen Sie die Befestigungsbänder über das Schienbein in Richtung der Schnallenringe. Führen Sie die Bänder durch die Schnallenringe. Sichern Sie die Bänder dann mit dem Klettverschluss. Sie erreichen eine zusätzliche Belüftung, wenn Sie die Laschen ein wenig offen lassen.

4. SCHRITT: Prüfen Sie ob der Schuh richtig sitzt. Zwischen der Fersenöffnung und dem Fußbett sollte genügend Raum für Ihren Finger sein. Der Schuh darf sich nicht frei um Ihr Bein herum bewegen.

Individuelle Anpassung

VORSICHT: Schneiden Sie nicht die genähte Kante der Aufladung durch und entfernen Sie das gesamte Blatt des anhaftenden Schutzträgers nicht von der Ersatzauflage, es sei denn es notwendig ist.

LÄNGERE BEINE:
Platzieren Sie die zusätzliche Pelotte ein bißchen mehr nach außen als die ortsfeste Pelotte.

HÜFTROTATION:
Befestigen Sie die zusätzliche Pelotte horizontal außen am Schuhs.

FALLFUß:
Befestigen Sie die zusätzliche Pelotte senkrecht hinter der Fußsohle.

EINGESCHRÄNKTE BEWEGLICHKEIT:
Sie dürfen kurze Strecken gehen. Gehen Sie längere Strecken **NUR MIT UNTERSTÜTZUNG.**

MALLEOLAR DEKUBITUS:
Schneiden Sie den Anhebungen im Schuhprofil rund um den Fußknöchel weg. Entfernen Sie auch einen Teil der ortsfesten Pelotte, sofern die notwendig ist.

ACHILLESSEHNE:
Im Falle einer Rötung in diesem Bereich schneiden Sie eineV-förmige Aussparung in die ortsfeste Pelotte. Passen Sie auch die obere Pelotte an, wenn Sie beide Pelotten verwenden.

BARIATRISCHE BEINE:
Legen Sie die zusätzliche Pelotte über die ortsfeste Pelotte, wenn die Ferse das Bettlaken berührt, so das der Fuß mehr angehoben wird.

Pflegeanleitungen für Heelift Verbandsschuhe

- **HANDWASCHEN**: Verwenden Sie bitte milde Reinigungsmittel und warmes Wasser.
- **WASCHEN und TROCKNEN IN DER WASCHMASCHINE**: Sichern Sie bitte die Gurte und waschen/trocknen Sie den Verbandsschuh in einem Waschnetz oder Kissenbezug.
- **DESINFEKTION** nach dem Waschen: Benutzen Sie ein Sprühantiseptikum.
- Zum **STERILISIEREN**: Befestigen Sie die Gurte locker. Sie können dann Ihren Dampfautoklaven und die routinemäßigen Protokolle verwenden. Bitte warten Sie ein paar Stunden bis der Heelift-Schuh abgekühlt und völlig trocken ist.

Patent Nr.: 5,449,339 & 7,458,948
Vorgeschlagener Code: E0191
© 2011, DM Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

DM Systems, Inc.
1316 Sherman Ave.
Evanston, IL 60201

800.254.5438 • 847.328.9540
www.heelift.com • www.dmsystems.com
info@dmsystems.com